

附件：2017 年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对统计结果汇总表

序号	参加机构名称	尿镉			尿砷		
		测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	Z 值	结果 评判	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	Z 值	结果 评判
1	深圳市宝安区疾病预防控制中心	6.92	1.14	满意	56.7	3.07	不满意
2	江苏省疾病预防控制中心	6.31	0.05	满意	32.0	-0.30	满意
3	北京铁路疾病预防控制中心	7.02	1.32	满意	/	/	/
4	襄阳市职业病防治院	6.37	0.16	满意	/	/	/
5	广东省职业病防治院 (广东省职业卫生检测中心)	6.30	0.04	满意	32.1	-0.29	满意
6	合肥市职业病防治院	6.28	0.00	满意	/	/	/
7	上海市肺科医院 (上海市职业病防治院)	6.18	-0.18	满意	32.8	-0.19	满意
8	国家安全生产监督管理总局职业 安全卫生研究中心	7.27	1.77	满意	未反馈	/	/
9	北京大学第三医院	/	/	/	31.6	-0.35	满意
10	武汉市职业病防治院	6.36	0.14	满意	33.7	-0.07	满意
11	贵州省疾病预防控制中心	5.80	-0.86	满意	/	/	/
12	安徽省疾病预防控制中心	6.10	-0.32	满意	59.0	3.38	不满意
13	上海市化工职业病防治院 (上海市职业安全健康研究院)	6.58	0.54	满意	35.2	0.14	满意
14	郑州市职业病防治院	6.32	0.07	满意	45.6	1.55	满意
15	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	5.66	-1.11	满意	35.1	0.12	满意
16	新疆维吾尔自治区职业病防治院	7.83	2.77	可疑	30.3	-0.53	满意
17	重庆市疾病预防控制中心	5.73	-0.98	满意	41.0	0.93	满意
18	重庆市职业病防治院	6.15	-0.23	满意	32.9	-0.18	满意
19	福建省职业病与化学中毒预防控制 中心	6.28	0.00	满意	41.5	0.99	满意
20	红安县人民医院	未反馈	/	/	未反馈	/	/
21	黄石人福医院	6.17	-0.20	满意	47.0	1.74	满意
22	北京市化工职业病防治院	6.26	-0.04	满意	/	/	/
23	鹤峰县疾病预防控制中心	5.34	-1.68	满意	41.8	1.04	满意
24	咸宁市疾病预防控制中心	/	/	/	58.3	3.28	不满意
25	湛江市南海西部石油职业卫生技 术服务有限公司	7.60	2.36	可疑	42.6	1.14	满意

编号	参加机构名称	尿镉			尿砷		
		测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	Z 值	结果 评判	测定结果 ($\mu\text{g/L}$)	Z 值	结果 评判
26	长江航务管理局疾病预防控制中心	5.74	-0.96	满意	31.7	-0.34	满意
27	仙桃市疾病预防控制中心	/	/	/	30.3	-0.53	满意
28	赤壁市疾病预防控制中心	15.6	16.64	不满意	19.8	-1.96	满意
29	深圳市职业病防治院	6.32	0.07	满意	30.3	-0.53	满意
30	四川大学华西第四医院	2.33	-7.05	不满意	32.4	-0.25	满意
31	山东省职业卫生与职业病防治研究院	7.53	2.23	可疑	/	/	/
32	北京市朝阳区医院	7.38	1.96	满意	34.2	0.00	满意
33	中国平煤神马集团职业病防治院	5.54	-1.32	满意	30.5	-0.50	满意
34	华东石油局职业病防治所	/	/	/	37.9	0.50	满意
35	武穴市疾病预防控制中心	/	/	/	0.376	-4.61	不满意
36	来凤县疾病预防控制中心	/	/	/	40.6	0.87	满意
37	浙江省医学科学院	7.35	1.91	满意	31.2	-0.41	满意
38	孝感市疾病预防控制中心	6.16	-0.21	满意	38.5	0.59	满意
39	应城市疾病预防控制中心	5.81	-0.84	满意	37.6	0.46	满意
40	惠州市职业病防治院	6.47	0.34	满意	/	/	/
41	神农架林区检验检测中心	5.71	-1.02	满意	52.2	2.45	可疑
42	吉林油田总医院职业病防治所	6.20	-0.14	满意	29.5	-0.64	满意
43	吉林省职业病防治院	6.54	0.46	满意	32.2	-0.27	满意
44	恩施州疾病预防控制中心	5.09	-2.13	可疑	40.9	0.91	满意
45	天津市职业病防治院	5.73	-0.98	满意	/	/	/
46	黄石市疾病预防控制中心	6.14	-0.25	满意	27.4	-0.93	满意