

附件：2018年职业健康检查和职业病诊断机构实验室比对统计结果汇总表

序号	参加机构名称	血铅			尿肌酐		
		测定结果 ( $\mu\text{g/L}$ )	Z 值	结果 评判	测定结果 ( $\text{g/L}$ )	Z 值	结果 评判
1	广东省职业病防治院 (广东省职业卫生检测中心)	61.8	0.50	满意	0.520	0.42	满意
2	襄阳市职业病防治院	49.9	-1.25	满意	/	/	/
3	十堰市职业病防治院	仪器故障, 未反馈	/	/	/	/	/
4	天津市职业病防治院	52.8	-0.82	满意	0.532	0.92	满意
5	江西省职业病防治研究院	44.5	-2.04	可疑	0.620	4.58	不满意
6	深圳市宝安区福永预防保健所	74.4	2.35	可疑	0.535	1.04	满意
7	江苏省疾病预防控制中心	61.5	0.46	满意	0.493	-0.71	满意
8	惠州市职业病防治院	51.1	-1.07	满意	0.497	-0.54	满意
9	扬州市疾病预防控制中心	54.5	-0.57	满意	0.523	0.54	满意
10	赤壁市疾病预防控制中心	103	6.56	不满意	0.355	-6.46	不满意
11	上海市肺科医院 (上海市职业病防治院)	63.6	0.76	满意	0.525	0.63	满意
12	国家安全生产监督管理总局职业安全卫生 研究中心	52.5	-0.87	满意	/	/	/
13	天津海滨人民医院	65.7	1.07	满意	0.538	1.17	满意
14	鄂州市疾病预防控制中心	61.8	0.50	满意	/	/	/
15	重庆市职业病防治院	58.3	-0.01	满意	0.500	-0.42	满意
16	合肥市职业病防治院	59.8	0.21	满意	/	/	/
17	杭州市职业病防治院	63.9	0.81	满意	0.508	-0.08	满意
18	安徽国际旅行卫生保健中心	75.9	2.57	可疑	0.520	0.42	满意
19	上海市化工职业病防治院 (上海市职业安全健康研究院)	62.4	0.59	满意	0.501	-0.38	满意
20	天津市疾病预防控制中心	52.6	-0.85	满意	0.507	-0.13	满意
21	天津河东天铁医院	55.6	-0.41	满意	0.571	2.54	可疑

序号	参加机构名称	血铅			尿肌酐		
		测定结果 ( $\mu\text{g/L}$ )	Z 值	结果 评判	测定结果 ( $\text{g/L}$ )	Z 值	结果 评判
22	武汉市职业病防治院	58.5	0.01	满意	0.510	0.00	满意
23	京山市疾病预防控制中心	/	/	/	0.285	-9.38	不满意
24	天津天钢集团有限公司冶金医院	81.6	3.41	不满意	/	/	/
25	新疆生产建设兵团第五师疾病预防控制中心	/	/	/	0.505	-0.21	满意
26	中原油田疾病预防控制中心	54.4	-0.59	满意	/	/	/
27	深圳市职业病防治院	60.6	0.32	满意	0.496	-0.58	满意
28	赤峰市职业病防治所	58.1	-0.04	满意	/	/	/
29	黄石人福医院	42.1	-2.40	可疑	0.506	-0.17	满意
30	高邮市疾病预防控制中心	59.0	0.09	满意	/	/	/
31	谷城县疾病预防控制中心	50.2	-1.21	满意	/	/	/
32	天津市化工职工职业病防治院	/	/	/	0.490	-0.83	满意
33	郑州市职业病防治院	54.9	-0.51	满意	0.531	0.88	满意
34	四川大学华西第四医院	69.8	1.68	满意	0.442	-2.83	可疑
35	首都医科大学附属北京朝阳医院	55.6	-0.41	满意	0.527	0.71	满意
36	北京市预防医学研究中心职业病门诊部	54.6	-0.56	满意	/	/	/
37	北京大学第三医院	65.6	1.06	满意	/	/	/
39	北京市化工职业病防治院	57.2	-0.18	满意	/	/	/
40	福建省职业病与化学中毒预防控制中心	63.8	0.79	满意	0.516	0.25	满意
42	湖南省职业病防治院	56.7	-0.25	满意	0.515	0.21	满意
43	吉林省职业病防治院	63.4	0.74	满意	0.497	-0.54	满意
44	山东省职业卫生与职业病防治研究院	54.6	-0.56	满意	0.534	1.00	满意